

Fecha: 29 de enero de 2019

De: SERVICIO DE FARMACIA

A: Gerencia de Área Sanitaria III, IV, V y VIII. Responsables de Vigilancia de Productos Sanitarios de Hospital Universitario San Agustín, HUCA, Centro Medico de Asturias, Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo, Hospital de Jove, Hospital Universitario de Cabueñes, Hospital de la Cruz Roja de Gijón y Hospital Valle del Nalon. Dirección Servicios Sanitarios SESPA, Coordinación de Farmacia SESPA, Dirección Gestión Económica SESPA.

Asunto: Alerta Productos Sanitarios N^o: 2019-049

N/Ref: JRS/jrs

Se remite adjunta para su difusión la Alerta de Productos Sanitarios N^o 2019-049 referida a: **“Advertencia de seguridad y actualización del manual básico de usuario de Autostainer Link para reducir la posibilidad de que se produzcan fallos de nivelación de las gradillas de portaobjetos, lo que podría afectar a la calidad de las tinciones y generar resultados falsos negativos”**.

Rogamos nos informen sobre las medidas adoptadas, así como si han observado alguna anomalía en los productos afectados.

Esta información puede ser consultada en la web de la AEMPS:
<https://sinaem4.aemps.es/alertas/alertasPublicadas.do>

La respuesta, en caso procedente, deberá ser remitida preferentemente por correo electrónico a esta dirección:

farmacovigilancia@asturias.org



Fdo: Jesús Ruiz Salazar

Inspector Farmacéutico