

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2019-049	REFERENCIA PS/CGG/49934
PRODUCTO Autostainer Slide Racks, nº catálogo S3704	
FINALIDAD PREVISTA Sistema automatizado de procesamiento de portaobjetos compatible con los reactivos disponibles en la actualidad para la tinción de cortes de tejido embebidos en parafina y congelados, centrifugado celular, frotis de células y aspirados con agujas finas.	
FABRICANTE Dako North America Inc., Estados Unidos	
DISTRIBUIDOR Agilent Technologies Spain S.L., World Trade Center, Edif. Sur 5 Planta, 08039 Moll de Barcelona	
ASUNTO Advertencia de seguridad y actualización del manual básico de usuario de Autostainer Link para reducir la posibilidad de que se produzcan fallos de nivelación de las gradillas de portaobjetos, lo que podría afectar a la calidad de las tinciones y generar resultados falsos negativos.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none"> Nota de aviso empresa 	

